

Electrode testeur pH

Informations indicatives de www.conatex.fr du 02.05.2024/DE6

Référence: 1196210



vers la page produit

17,65 € TTC

Electrode pH de recharge pour testeur pH 200.4955 (HI98103 après 2017)

Données techniques:

Référence: Simple, Ag / AgCl. Électrolyte: viscolene. Plage: pH 0 à 13. Embout forme sphérique (diamètre 3 mm). Matériau du corps: polypropylène.

CONATEX SARL · Equipement pour l'Enseignement Scientifique et Technique

Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 € · RCS Sarreguemines 809 085 327 · Siret 809 085 327 00025 · APE 4791B

SIEGE EN FRANCE :

7 rue Poincaré · Bât.B · 57200 Sarreguemines
Tél +33 (0)3 68 78 13 56
Fax +33 (0)3 68 78 13 57
info@conatex.fr · www.conatex.fr

DISTRIBUTION IN BELGIUM:

Rue des Colonies/Koloniënstraat 56 · 1000 Brussels
Phone+32 (0)2 881 04 56
Fax +32 (0)2 588 06 27
info@conatex.be · www.conatex.be